

MCF AMBIENTE

LABORATORI DI DOSIMETRIA DELLE RADIAZIONI

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008 (BUREAU VERITAS N. IT247594)

Prot. 3587/SPET

Pasian di Prato, 3 febbraio 2014

RAPPORTO DI PROVA ANALISI SPETTROMETRICA γ

Provenienza dei campioni: Ronchiato Gino & C. Snc

Data arrivo dei campioni: 30 gennaio 2014

Data della misura: 31 gennaio 2014

Metodologia di analisi: analisi spettrometrica γ mediante rivelatore GMX40 avente le seguenti caratteristiche: range di energia 3 keV- 10 MeV, risoluzione (FWHM) a 1,33 MeV: $\leq 2,0$ keV, efficienza relativa a 1,33 MeV: ≥ 40 %, rapporto picco-compton: $\geq 59:1$

RISULTATI DELLE ANALISI

Campione: **Legna da ardere - Alta qualità ekofocus - Ucraina**

Peso del campione: 0,215 kg

NUCLIDE	ATTIVITÀ SPECIFICA MISURATA Bq/kg	INTERVALLO FIDUCIALE \pm Bq/kg
^{137}Cs	5,16	0,24
^{134}Cs	< 0,12	-

Il contenuto del campione esaminato presenta una radioattività da isotopi artificiali inferiore al limite di 1000 Bq/kg imposto dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche (D.Lgs. 241/2000).



L'Esperto qualificato *
dott. Stefano Colonnello

* Come definito dalla Direttiva Europea 96/29/EURATOM. Iscritto negli elenchi nominativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali degli Esperti qualificati in radioprotezione con il grado II ed il numero 1146.